

Posicionament del CCR sobre la denominació dels “Espais cardioprotegits”

Febrer de 2015

Definicions

Es considerarà **Espai Cardioprotegit** aquell on, com a resultat d'una planificació i dotació de mitjans adequats, es puguin dur a terme les intervencions davant una mort sobtada que s'inclouen dins del que es coneix com cadena de supervivència (aproximació segura, reconeixement de l'aturada, activació precoç del sistema d'emergències, RCP precoç i desfibril·lació precoç) d'acord amb les recomanacions dels consells nacionals de ressuscitació sota l'ampara de l'ERC.

Espai públic: àrea interior o exterior, sigui propietat privada o pública, a la qual el públic té accés per dret o per invitació, expressa o implícita.

Via pública: via que pertany a una administració pública, de la que pot fer-ne ús tothom.

Atesa la necessitat d'establir unes condicions precises sobre el que és un espai cardioprotegit, el CCR fa les següents recomanacions.

Recomanacions:

1. Els **centres públics o privats** (exclosos centres sanitaris) que han de disposar d'un pla d'actuació davant la mort sobtada (veure Annex III i VI del **Decret 30/2015 de 3 de març** sobre el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures de cardioprotecció) haurien de complir:
 - a) Els requisits contemplats en el **Decret 151/2012**.
 - b) Les recomanacions internacionals subscrietes pel CCR: el **temps entre la detecció de l'aturada i la primera descàrrega del DEA haurien de ser inferior a 5 minuts**.
2. Respecte dels **espais públics** on s'instal·lin DEA en el que es permeti l'**accés públic a la desfibril·lació**, per ser considerats cardioprotegits (espais, ciutats, etc.), a més de complir els requisits del punt 1, haurien de contemplar que la dotació d'aparells de DEA sigui la suficient per garantir les intervencions adequades davant de la mort sobtada: **activació immediata del SEM i un interval de 5 minuts entre la detecció de l'aturada i la primera descàrrega del DEA**.
Per a aquesta situació, caldria considerar allò que disposa el «Document de consens sobre la mort sobtada extrahospitalària a Catalunya i el seu tractament» (veure document a: www.ccr.cat).
3. Respecte la **via pública** serà considerat espai cardioprotegit aquell en el que la institució responsable en fomenti la formació en RCP dels ciutadans i que la distribució dels DEA permeti l'accés a la desfibril·lació en un termini inferior a 5 minuts.

L'administració pública competent en la matèria, hauria de regular el sistema de certificació i d'aquesta catalogació.